

「セルロプラスミン」の検査報告について

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

このたび、試薬メーカーより、セルロプラスミンの測定に使用している標準血清の表示値におきまして、一部ロットで標準品との間に値の乖離があることが判明したとの連絡がございました。

●既にご報告したデータについて

メーカー資料によりますと、一部ロットの標準血清を用いて測定をした場合、検査値が低値となる可能性があるとのことでしたが、弊社の精度管理上においては、検査値に低値傾向は認められておりませんでした。

●今後ご報告するデータについて

試薬メーカーでは、標準品との検定を厳密に行い、標準血清の再評価を行ったことから、当社といたしましては、新しい表示値を用いた検査内容に変更させていただきたくご案内申し上げます。誠に突然のことであり大変恐縮ではございますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬 白

記

■新しい表示値でのご報告日

2017年8月1日（火）ご依頼分より

■対象検査項目

項目コード	検査項目	備考
01773	セルロプラスミン	新しい表示値を用いた検査内容に変更させていただきます。

■現行表示値との相関

