

「結核菌特異的INF- γ 」 変更延期のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

先般「2022年1月方法変更」(SRL NEWS No.2021-82変更)の中で
ご案内をさせていただいておりました結核菌特異的INF- γ の変更につき
まして、新前処理機器に不具合があることが判明いたしましたため、不具合
が解消できるまでの間、現状通りの運用とさせていただきたく、取り急ぎご
案内申し上げます。

お客様には大変ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんが何卒ご理解
賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

■ 変更内容

日時：2022年1月4日(火)ご依頼分より
⇒ 不具合が解消され次第、改めてご案内申し上げます。

項目 コード	検査項目	変更内容	新	現	備考
6444 7	結核菌特異的INF- γ	保存 (安定性)	変更はありません (54時間)	室温 (32時間)	新前処理機器 採用に伴う変 更、報告コメ ントの追加
		報告コメント (細胞数： 2.0×10 ⁵ 個 /100 μ L 未満の場合)	回収細胞数が規定 数に満たないため 参考値です	(コメントなし)	

