

# セントラルラボラトリー稼働に伴う 変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
この度、セントラルラボラトリーの稼働に伴い一部の検査項目におきまして、  
検査測定実施場所と測定機器を変更させていただきたく、ご案内いたします。  
ご依頼方法、所要日数には変更ございません。  
健康と医療の未来に貢献すべく、より良い検査サービスのご提供に努めてまいります。  
謹白

## 記

■ 変更日 2022年8月1日(月) ご依頼分より

## ■ 変更内容

変更内容	新	現
測定実施場所 (記号)	エスアールエル セントラルラボラトリー (&1)	エスアールエル 八王子ラボラトリー

※1:ご依頼方法、所要日数には変更ございません

## ■ 対象項目

項目コード	検査項目
2582 1	クラミジアトキソゲノムDNA (※2)
2655 0	淋菌DNA (※2)
6454 2	淋菌およびクラミジアトキソゲノムDNA同時同定 (※2)
6471 1	ヒトパピローウイルスDNA (16型、18型、その他ハイリスクグループ)
OM44 4	腔内細菌およびマイコプラズマゼンエリウム同時核酸検出

(※2) : 裏面をご確認ください。



## ■測定機器変更に伴う試薬変更

クラジ アトロチDNA、淋菌DNA、及び、淋菌およびクラジ アトロチDNA同時同定につきましては、同じ試薬製造販売元の測定機器に変更いたします。測定原理は同じで、全自動化がさらに進んでおり、コンタミネーションリスクが低減されます。新旧2法の相関も良好です。

### 【判定一致率】

【2582 1】 クラジ アトロチDNA

【2655 0】 淋菌DNA

		現法	
		陰性	陽性
新法	陰性	69	0
	陽性	1	85

判定一致率： 99.4% N=155

		現法	
		陰性	陽性
新法	陰性	63	0
	陽性	0	92

判定一致率： 100% N=155