

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、下記検査項目におきまして、検査内容の変更をご案内いたします。
健康と医療の未来に貢献すべく、より良い検査サービスのご提供に努めてまいります。
謹白

記

■ 変更日

2025年6月2日（月）ご依頼分より

■ 対象項目

項目コード (旧項目コード)	検査項目	備考
06264 2 (6264 1)	UGT1A1遺伝子多型解析	測定試薬の販売中止により、相関が良好な代替試薬へ変更します。それに伴い、検査方法を変更します。



■ 変更内容

現試薬と同性能の測定試薬に変更いたします。これに伴い、検査方法を変更させていただきます。

変更内容	新	現
項目コード (旧項目コード)	変更はありません	06264 2 (6264 1)
検査方法	PCR	インバーダー法
保存 (安定性)	冷蔵 (14 日)	冷蔵 (3 日)
JLAC10 コード	血液 8C933-9956-019-851	血液 8C933-9956-019-951

■ 相関一致表

UGT1A1*28 遺伝子多型判定

*28		現法			
		6/6型	6/7型	7/7型	判定不能
新法	6/6型	28	0	0	0
	6/7型	0	20	0	0
	7/7型	0	0	8	0
	判定不能	0	0	0	0

(n=56)

全体一致率：100% (56/56)

UGT1A1*6 遺伝子多型判定

*6		現法			
		G/G型	G/A型	A/A型	判定不能
新法	G/G型	28	0	0	0
	G/A型	0	20	0	0
	A/A型	0	0	8	0
	判定不能	0	0	0	0

(n=56)

全体一致率：100% (56/56)

● 参考文献

Tsunedomi R, et al : Cancer Science 108 (7) 1504~1509, 2017.